

<p>Fideicomitente      Fiduciario</p> 	<p><b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b></p>	
	<p><b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b></p>	

## ANEXO 1.

### LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LLAMADO **CORTINAJE** DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, incluyendo, tanto de hardware como de software.
- Se incluirá junto con estas tablas rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un "data sheet" (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso) en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.
- El ofertante, si así lo considera por compatibilidad y ventajas de integración u otras, podrá ofertar equipos/ sistemas o funcionalidades nuevas, como sustitutos de los equipos que se deben trasladar incluidos en cada lote, justificando el motivo y las ventajas de la propuesta, siempre dentro de los márgenes económicos y sin pérdida alguna de funcionalidad.

Fideicomitente 	Fiduciario 	<b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	
		<b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b>	

## ANEXO 1A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN: **CORTINAJE**

LOTE: **CORTINAJE**

<b>Equipo:</b>	<b>SISTEMA DE RAILES PARA CORTINA</b>	<b>Código Equipo:</b>
		GF.XX094

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Sistema de rieles con cortinas antibacterianas para encamados y consulas externas para asegurar la intimidad del paciente.	
Seguros, ligeros y resistentes.	
Sistema de rail recto y/o curvo según necesidad del espacio fabricado en aluminio esmaltado blanco. Se valorará aluminio anodizado.	
Los ganchos transportadores serán especiales y exclusivos de forma que se permita las cortinas tanto en rieles rectos como curvos, sin esfuerzo.	
Material de la cortina:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliéster, Vinilo o similar. Con capacidad antibacteriana y resistencias a diferentes tipos de manchas hospitalarias como aceites, grasas y contaminantes biológicos. Especificar.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material resistente a la combustión y con capacidad de auto extinción en ausencia de llama. Se valorará el cumplimiento de la norma NFPA - 701</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cortina antiestática para prevenir cargas electrostáticas que podrían interferir con el funcionamiento del equipamiento médico.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaz de resistir olores orgánicos desagradables en su superficie.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El color y la textura se definiran con el usuario final una vez adjudicado el contrato. Especificar posibilidades en su propuesta.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se valorará la inclusión de malla de ventilación en la parte superior de la cortina.</li> </ul>	
Según el destino final de cada cortina (ver planos que se adjuntan de cada uno de los espacios donde	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p><b>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b></p>	
		<p><b>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</b></p>	

se instalaran) se definiran las dimensiones del riel recto y/o el riel curvo para asegurar la intimidad del paciente.	
Cada cortina se instalará completa y con todos sus accesorios, indicando su referencia y la cantidad de cada una de ellas por cada espacio según la forma propuesta: Cortina Recta, cortina con curva en L, cortina con curva en J, cortina con curva en U, entre los que se incluirán:	
• Riel recto.	
• Riel curvo.	
• Correderas.	
• Uniones	
• Tapa remate final.	
• Cortina ancho x alto x alto cm	
• Fabricadas en PVC blanco de alta resistencia, de fácil remoción para dar mantenimiento a las correderas.	
• Fabricadas en PVC blanco de alta resistencia, con la medida ideal para empatar adecuadamente rieles rectos y curvos.	